

Kodu  
SH.FR.190

Yayın tarihi  
01.03.2024

Revizyon No  
-

Revizyon tarihi  
-

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
1 / 1

No:	Tarih	M.S.Ü. Kirlı Alan			M.S.Ü. Temiz Alan			M.S.Ü. Steril Alan			Takip Eden Personel
		ISI		NEM	ISI		NEM	ISI	%	NEM	
1	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
2	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
3	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
4	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
5	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
6	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
7	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
8	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
9	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
10	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
11	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
12	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
13	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
14	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
15	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
16	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
17	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
18	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
19	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
20	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
21	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
22	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
23	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
24	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
25	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
26	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
27	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
28	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
29	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
30	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	
31	...../...../20....		°C	%		°C	%		°C	%	

Normal Değerler:

**Kontrol Eden**

Steril depolama alanında sıcaklık 22°C'yi, nem %60' ı aşmamalıdır.

Çalışma alanlarında sıcaklık 18-25°C,nem %35-70 olmalıdır.

