



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

RADYASYON KORUYUCULAR KONTROL TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
RG.TL.24

Yayın tarihi
07.12.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
31.05.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı
1/1

1.AMAÇ

Kullanılmakta olan radyasyon koruyucuların hasarlı, yırtık, kırık, koruyucu tabakasında eksiklik bulunan, katlanma gibi hasar görmemeleri için uygun bir biçimde muhafazasını ve düzenli bir şekilde kontrol edilmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Radyasyon koruyucuların etkinliğinin kontrol amacıyla yapılan işlemleri kapsar.

3.KISALTMALAR

-

4.TANIMLAR

-

5.SORUMLULAR

Röntgen birimi sorumlusu ve çalışanlar sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

- Birim sorumlusu ve röntgen birim çalışanları kullanılmakta olan radyasyon koruyucuların hasarlı, yırtık, kırık, koruyucu tabakasında eksiklik bulunan, katlanma gibi gibi hasar görmemeleri için radyasyon koruyucuların uygun bir biçimde (düzgün ve katlanmayacak) muhafaza edilmesini sağlar.
- Birim sorumlusu radyasyon koruyucuları yılda bir kez ve gerekli görüldüğü durumlarda kontrolünü yaptırmakla sorumludur.
- Radyasyon koruyucuların mevcut olan en büyük ebatta kasete tüm alanları X ışını ile görülür hale getirilebilecek şekilde direk grafi çekimleri yapılır veya uygun bir durumda uzman doktor gözetiminde skopi altında incelenir.
- Birim sorumlusu radyasyon koruyucuları inceleme sonuçlarını radyasyon koruyucuların kontrol formuna kaydeder. Formun bir nüshası kalite birimine iletilir.
- Radyasyon koruyucuların kontrol sonuçlarını birim sorumlusu radyoloji uzmanı tarafından onaylatır.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan