

Kodu  
OH.PL.16

Yayın tarihi  
08.02.2024

Revizyon No  
0

Revizyon tarihi  
0

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
1/3

Bölüm	Temizlik Yapılacak Alan	Kullanılacak Malzeme	Malzeme Özelliği	Uygulama Sıklığı	Yapan Kişi	Açıklamalar
Steril alan	<b>Steril malzeme rafları</b>	Yüzey Dezenfektanı	Yüzey Dezenfektanı	Haftada 1 defa yapılır.	Sterilizasyon Personeli	*Temizlik steril alandan başlayıp temiz ve destek alanı kapsar. *Temizlik için steril depoda az malzemenin olduğu zaman seçilmelidir. *Bu alanda kullanılan temizlik malzemesi başka alanda kullanılmamalıdır. Tek kullanımlık bez mavi kova kullanılır. - Tek kullanımlık eldiven kullanılır.
	<b>Zemin</b>	Yer Yüzey Dezenfektanı	Yer Yüzey Dezenfektanı (10 lt suya 100 ml. çam. suyu)	Günde 2 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Sterilizasyon Personeli	*Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru "s" çizerek yapılmalıdır. Paspas arabasının mavi kovalarında temiz diğer kırmızı kovada kirli su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.
Temiz, Destek Alan	<b>Alet hazırlama ve paketleme alanı</b>	Hızlı yüzey dezenfektanı	Hızlı yüzey dezenfektanı	Günde 3 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Sterilizasyon Personeli	*Alet hazırlama, paketleme alanında çalışan personel koruyucu ekipman(önlük, maske, eldiven) kullanılmalıdır *Alet hazırlama tezgahları hızlı yüzey dezenfektanı ile silinmelidir. * Genel temizlikte mavi bez mavi kova kullanılır. Kirlenme oldukça tek kullanımlık bez kullanılır.
	<b>Zemin</b>	Yüzey Dezenfektanı	Yer Yüzey Dezenfektanı (10 lt suya 100 ml. çam. suyu)	Günde 2 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Sterilizasyon Personeli	*Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru "s" çizerek yapılmalıdır. Paspas arabasının bir kovalarında temiz diğer kovalarında kirli su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.
Personel Odaları	<b>Yüzey</b>	Yüzey Dezenfektanı	Yüzey Dezenfektanı	Günde 2 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Sterilizasyon Personeli	* Mavi bez, mavi kova kullanılır.
	<b>Zemin</b>	Yüzey Dezenfektanı	Yer Yüzey Dezenfektanı(10 lt suya 100 ml.çam. suyu)	Günde 2 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Sterilizasyon Personeli	*Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru "s" çizerek yapılmalıdır. Paspas arabasının bir kovalarında temiz diğer kovalarında kirli su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.

Kodu  
OH.PL.16

Yayın tarihi  
08.02.2024

Revizyon No  
0

Revizyon tarihi  
0

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
2/3

Bölüm	Temizlik Yapılacak Alan	Kullanacak Malzeme	Malzeme Özelliği	Uygulama Sıklığı	Yapan Kişi	Açıklamalar
Genel Alanlar	Çöp kovaları	Deterjanlı su Dezenfektan	Sıvı genel temizlik maddesi Dezenfektan	Günde 1 defa temizlenir. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Sterilizasyon Personeli	*Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma varsa hızlı yüzey dezenfektanı veya 1 lt suya 100ml. çam. Suyu konularak hazırlanmış solüsyonla temizlenmelidir.
	Kapı ve kapı kolları,	Deterjanlı su Dezenfektan	Sıvı genel temizlik maddesi Dezenfektan	Günde 2 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Sterilizasyon Personeli	* Tek kullanımlık bez ve hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır. *Nemli bez ile silinir.
	Telefon	Deterjan-su-hızlı yüzey dezenfektanı- Tek kullanımlık bez	Sıvı genel temizlik maddesi-hızlı yüzey dezenfektanı	Günde 1 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Temizlik Personeli	Her gün genel temizlik maddesi ve tek kullanımlık bezle silinir. Gözle görünür kirlilik durumunda hızlı yüzey dezenfektanı ile silinir.
	Kapı Camları	Deterjanlı su Dezenfektan	Cam temizleme maddesi	Günde 2 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Sterilizasyon Personeli	* Tek kullanımlık bez ve hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır. *Nemli bez ile silinir.
	Tavan Duvarlar	Deterjanlı su	Sıvı genel temizlik maddesi	Ayda 1 defa. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Sterilizasyon Personeli	* Tek kullanımlık bez, mavi kova kullanılır. *Nemli bez ile silinir.
	Lavabo, musluklar ve WC	Deterjan - su Cif	Yüzey temizlik maddesi, mineralli sıvı ovma maddesi,	Günde 8 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Sterilizasyon Personeli	*WC ve kapıları: Tek kullanımlık bez, kırmızı kova kullanılır. *Önce tuvaletin içine cif ve yüzey temizlik maddesi dökülerek <b>tuvalet fırçası</b> ile temizlenmelidir. *Tuvalet zemini ovulup yıkandıktan sonra kurulanmalıdır. *Lavabolar içi, dışı, altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su tesisatının üstü-altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı olmamalıdır. *Lavabolar içi, dışı, altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su tesisatının üstü-altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı olmamalıdır

Bölüm	Temizlik Yapılacak Alan	Kullanacak Malzeme	Malzeme Özelliği	Uygulama Sıklığı	Yapan Kişi	Açıklamalar
Kirli alan	Set Yıkama ve Bakım Lavabosu	Ovma temizlik maddesi+çamaşır suyu+dezenfektan	Hızlı yüzey dezenfektanı veya 1 lt suya 100 ml çam. Suyu (1/10)	Günde 2 defa ve Kirlendikçe	Sterilizasyon Personeli	* Tek kullanımlık bez ve hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır. * Nemli bez ile silinir. * Yıkama – lavabo fırçası
	Tezgah	Çamaşır suyu Dezenfektan	Hızlı yüzey dezenfektanı veya 1 lt suya 100 ml çam. suyu (1/10)	Günde 2 defa ve Kirlendikçe	Sterilizasyon Personeli	* Tek kullanımlık bez ve hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır. * Nemli bez ile silinir. * Yıkama
	Dezenfeksiyon Kaplarının Temizliği	Çamaşır suyu Dezenfektan	Hızlı yüzey dezenfektanı veya 1 lt suya 100 ml çam. suyu (1/10)	Kirlendikçe Solüsyon değişiminde	Sterilizasyon Personeli	* Yıkama
	Dekontamine Malzemelerinin Temizliği(Fırça vb.)	Deterjan – su Dezenfektan	Yüksek düzey dezenfektan veya 1 lt suya 100 ml çam. suyu (1/10)	Kirlendikçe Her temizlik sonrası	Sterilizasyon Personeli	Yıkama Dezenfektanlı solüsyon veya * 1 lt suya 100ml. çam. suyu konur, fırçalar bu hazırlanan solüsyonda 15 dk bekletilir sonra yıkanır.
	Zemin	Çamaşır suyu+yüzey dezenfektanı	1lt suya 10 ml çam.suyu(10 lt 100 ml)	Günde 3 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Sterilizasyon Personeli	*Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılmalıdır. Paspas arabasının bir kovalarında temiz değer kovalarında kirli su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.

**NOT: Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik:**

Eldiven giyilir.

Hemen kağıt havlu ile kaba kiri alınıp kırmızı tıbbi atık poşetine atılır.

Kan dökülen alan zeminde ise; yer yüzey dezenfektanı, duvar ya da yüzeyde ise; yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir.

Ortamda cam kırıkları var ise öncelikle faraş ile kırıklar toplanarak sarı renkli delici kesici alet kutusuna atılır. Tüm Yıkanabilir

- ve Silinebilir Yüzeylerin Dezenfeksiyon İşlemlerinde yer ve yüzey dezenfektanı, Klor tablet veya çamaşır suyu kullanılacak olup, Solüsyonlar Üretici Firma Önerileri Doğrultusunda Hazırlanır..

Hızlı yüzey dezenfektanı veya 1 lt suya 100 ml çam. Suyu (1/10) kirlenen bölgeye sıkılır 5 dk beklenir, daha sonra 10 lt suya 100 ml çamaşır suyu konur. Paspaslama yapılır.

Tüm Temizlik İşlemleri İçin mutlaka Kişisel Koruyucu Ekipmanın Giyilmesi Zorunludur.

Sterilizasyon Ünitesi Temizlik kontrol formu bu plan doğrultusunda aylık olarak düzenlenmektedir.

Sterilizasyon hizmetlerinin verildiği alanlar yüksek riskli alanlardır.

## MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ TEMİZLİK PLANI

Kodu  
OH.PL.16

Yayın tarihi  
08.02.2024

Revizyon No  
0

Revizyon tarihi  
0

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
4/3