



SELÇUK  
ÜNİVERSİTESİ

# KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOĞRAFİ ÇEKİM PROTOKOLÜ



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu  
RG.YD.43

Yayın tarihi  
05.06.2024

Revizyon No  
-

Revizyon tarihi  
-

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
1 / 1

1. İşleme başlamadan önce hasta yapılacak işlemle ilgili bilgilendirilmeli, gerekli koruyucu önlemler alınmalı, kullanılacak cihaz hazır hale getirilmelidir.
2. Kadın hastalarda hamilelik durumu sorgulanmalı, radyoloji bölümünde çocuk hastalar ve hamileler bekletilmemelidir.
3. Hastaların baş-boyun bölgesinde metal eşya bulunmadığından emin olunmalıdır.
4. Hastadan yapılan isteme göre çekim bölgesi, görüntüleme alanı, ışınlama süresi ayarlanmalıdır.
5. Cihazın referans ışıklarına göre hastanın cihaz içinde konumlandırılması sağlanmalıdır.
6. Çene aparatıyla hastanın çenesi sabitlenmeli ve hastaya çekim boyunca hareketsiz kalması söylenmelidir.
7. Çekim yapan personel uygulama esnasında kurşun kaplı bariyerin arkasında durmalı ve kurşun kaplı camın arkasından hastayı izlemeli, acil bir durumda ışınlama işlemine son vermelidir.
8. Görüntünün hasta adı kontrol edilerek hasta bilgi yönetim sistemine kaydedildiğinden emin olunmalıdır.
9. İşlemler sırasında çapraz enfeksiyona sebep olabilecek durumlarla ilgili önlemler alınmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yönt. Direktörü	Onaylayan Dekan