SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ GÜNLÜK DENETİM FORMU	SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu	Yayın tarihi	Revizyon No	Revizyon tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı
SEN.FR.29	05.10.2017	1	27.05.2024	1/1

	1. HAFTA										2. HAFTA										3. HAFTA										4. HAFTA									
İLGİLİ AY:																																								
KONU	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H
Sterilizasyonda cihaz ve malzeme eksiksiz kullanılıyor mu?																																								
Kullanılan paket ve malzemeler standartlara uygun mu?																																								
Paketlerde malzeme konulduğunda ve otoklavdan çıktığında açılma, delinme, yırtılma, ıslaklık oluyor mu?																																								
Sterilizasyon alanları amacına uygun kullanılıp enfeksiyona yol açmayacak şekilde temizlik ve bakımları yapılıyor mu?																																								
Alan geçişlerinde enfeksiyon kurallarına uyuluyor mu?																																								
Gelen kirli malzeme ve teslim edilen steril malzeme sayılarak alınıp saatinde işleme giriyor mu?																																								
Sterilizasyonda çalışan personel çalışma alanına göre bone, önlük, eldiven, gözlük ,maske kullanıyor mu?																																								
Kirli bölümde çalışan personel sıvı geçirmez muşamba önlük ve delinmelere karşı mutfak tipi eldiven kullanıyor mu?																																								
Bir kaza durumunda kullanacakları gerekli malzeme ve donanımları bulunuyor mu?																																								
Ultrasonik cihazlarda ve yıkama cihazında kullanılan solüsyonların MEK kontrolü yapılıyor mu?																																								
Tüm paketler içine kimyasal indikatör konuluyor mu?																																								
Her gün bowie dick testi yapılıyor mu?																																								
Haftada bir kaçak hava testi, buhar kaçak testi, ultrasonik yıkama makineleri için kontrol yapılıyor mu?																																								
Otoklav cihazı ile yapılacak işlem uygun ısı ve sürede çalışıyor mu?																																								
Alanların ısı ve nem takibi, temizlik ve dezenfeksiyon takibi yapılıyor mu?																																								
Atıklar uygun atık kutularına atılıyor mu?																																								

Kalite Yönetim Sistemi Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSÜZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ GÜNLÜK DENETİM FORMU			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu SEN.FR.29	Yayın tarihi 05.10.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 27.05.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

Kişisel temizlik malzemeleri eksiksiz bulunuyor mu?																																												
Steril edilmiş malzemenin barkodlaması yapılıyor mu?																																												
Malzemelere kirli alana girişten, steril alanda teslimine kadar sayım işlemi yapılıyor mu?																																												
Sterilizasyonda kirli alan girişinden, steril alan çıkışına kadar yapılan bütün işlemler otomasyon sistemine kayıt ediliyor mu?																																												

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan

Kalite Yönetim Sistemi Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSÜZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.